CLEREL

Skin Rejuvenation

取扱説明書

Skin Rejuvenation

at home anti-aging, non-invasive, non-laser

clinically tested medical device

Clerel Skin アドバンス構成

Clerel は、本体・充電クレードル・電源で構成されています

本体を手に持って施術をします

はじめてご利用になるまえに

1. 本体の充電

・電源を充電クレードルと接続します。

・Clerel 本体を充電クレードルにセットします。

・Clerel が充電されていると、充電インジゲーターが光ります。フル充電されるとインジゲーターのライトが切れます。

・便利にご利用いただくためには、常に本体を充電クレードルに立てかけておくことをお勧めします。立てかけておくことで常にフル充電されていることになります。

・充電インジゲーターは充電が必要なときにも点灯します。

2. 光感度テスト

LED 光とお肌の感度テストを必ず行います

1. 電源ボタンを押し、本体電源をいれます

2. とくに敏感ではないお肌の部分（たとえば前腕あたり）に本体の LED 照射面を置き、5 分〜7 分間光を照射します。

3. 電源を切ります

その後 24 時間放置します。この間にお肌が赤くなったままになる、痛みがある、不快感、皮膚の質感や色素の変化、発疹、腫れなどの副作用が見られた場合は、直ちに Clarel を使用せず、医師に相談してください。

Clerel の使い方

1. 使用前に Clerel 本体の充電を確認します

2. お肌の準備をします

Clerel の効果を最大限に引き出すためメイク・肌の汚れ・皮脂をしっかりクレンジングします。お肌を完全に乾かします。肌に水滴や湿気などが残らないくらい、完全に水分を拭き取ってください。

3. Clerel の電源を入れます

Clerel を充電クレードルから取り外し、電源ボタンを押して電源を入れます。インジゲーター部分が青色に点灯するまで待ちます。ライトが点灯したら施術準備の完了です。

4. 肌の施術をはじめます

顔に沿って LED 照射面を軽く力を加えながら、下から上に小さな円を描くように、くるくるとマッサージします。LED ライトは皮膚に接触した際に自動的にオンになります。皮膚と接触すると温度が徐々に上昇します。施術は顔全体を 4 つのゾーンに分け、顔全体を均一に、1 つのエリアに長く留まらないように細かく動かしていきます。本体がビープ音を鳴らすまでゾーン 1 を施術し、電源ボタンを押して次のゾーンをマッサージします。



Warning

目やまぶたを施術したり、デバイスを直接目に向けたりしないでください。 深刻な目の傷害を引き起こす可能性があります。 目の下で、皮膚の下の骨を感じることができる場所まで施術してください。各ゾーンを 1 日に複数回（24 時間に 1 回）使用しないでください。皮膚刺激のリスクが高まる可能性があります。使用中は換気スロットを覆わないでください。デバイスが正常に動作しない可能性があります。

5. お肌の施術中



施術する際には、LED 照射面全体を肌に対して並行にあて、縁を描くようにゆっくりとすべらせながら、全体をカバーしていきます。青色のライトが点滅し続けるよう肌に密着させながら、デバイスを動かします。４分間経つと電源が落ちます。

6. 施術のあと

施術後は、普段ご利用のフェイスローションやクリームを塗布し、お肌をマッサージしてください。

7. Clerel の使用頻度

人のお肌や使用頻度によって結果は異なりますが、約 3〜7 週間後に効果が出ます。

施術スケジュール：初月（4 週間）は週に 3 回以上、毎回 15〜20 分間（各ゾーンで 4 分間〜7 分間）施術します。その後は週 1 回、15〜20 分間使用します。

こんな時はご利用をお控えください（禁忌）

・感染、やけど、切り傷がある場合は完全に治るまで Clarel のご利用をお控えください。

・糖尿病または全身の代謝性疾患による皮膚異常には使用しないでください。

・施術したい場所にヘルペスの既往歴があり、予防薬などを使用されている場合は、本製品使用前にかかりつけの医師にご相談ください。

・隆起した焦げ茶色または黒い斑点、あざ、ほくろやいぼ、病変、開いた傷、口唇ヘルペスなどの活動性感染症には使用しないでください。しっかりと治った後にご利用ください。

・過去 6 ヶ月以内に医師による処方薬にて顔のお肌を治療されている場合には、本製品をご利用の前にかかりつけの医師にご相談ください。

・ピーリング、皮膚の表面再形成、ボトックスやフィラー注射など、美容整形外科等で治療中の場合は本製品を使用しないでください

・光過敏性発作、光過敏性てんかんと診断されている場合は、本製品を使用しないでください。明るい光のパターンが発作を引き起こす可能性があります。

・皮膚がんの病歴があり、放射線治療または化学療法を受けている場合は本製品を使用しないでください。

・あなたの皮膚が光に過敏な場合は使用しないでください。特定の化粧品、薬物、染料、およびその他のものは、皮膚を光に敏感にする可能性があります。

Clerel のお手入れ方法

1. Clerel のお手入れ前は必ず、充電クレードルの電源を抜いてください

2. Clerel のクリーニング方法

最良の結果を出すには、つねに LED 照射口を含む表面を常に清潔に保つことです。オイル・ローション・化粧品、その他のごみなどが LED 光をブロックし、本体が正常に動作しなくなる可能性があります。毎回施術後にコットンや乾いた布などで表面をきれいに拭き取ってください。

・絶対に Clerel を水に浸さないでください。

・本体、充電クレードルの内部に水や液体が入らないようにしてください。

・Clerel やクレードルなどを蛇口の下や食器洗い機で洗わないでください。

3. Clarel のメンテナンス方法

・本体や付属品は、湿度の低い、ホコリのない乾燥した清潔な場所で保管してください。

・使用中に換気スロットを覆わないでください。

・Clarel を振ったり落としたりして強い衝撃を与えないようにしてください。

サービスと保証について

Clerel は購入日から 3 年間の限定保証がついています

1. 限定保証にてカバーされる内容

この限定保証は、Eye-Lens Pte Ltd から購入した場合のみ有効で、Clerel の材料、および製造上の欠陥をカバーします。また、この保証はご購入者本人さまのみに有効で、譲渡することはできませ

ん。Clerel の取り扱いには十分注意し、落としたり、強い衝撃を与えないようにしてください。

2. 限定保証にてカバーされない内容：

この限定保証は、本製品の乱用または誤用によって引き起こされた損傷・欠陥・障害には適用されません。

例：不適切なケア・異物混入による影響・意図的な破壊、損傷・不適切な保管、不適切または誤って行われた整備や修理、有害化科学物質の塗布、火・水・天災、研磨剤、過失、製造元の指示に従わない行為、本製品の紛失、日常使用による劣化、お客様による本製品の修正、酷使、プロフェッショナル利用、商用利用

3. Clarel に欠陥がある場合：

保証期間中に何らかの欠陥を見つけた場合はカスタマーセンターまでお問い合わせください。

Eye-Lens 日本語サポートセンター：0120-969-532

営業時間: 10:00-18:00 (土日・祝日休み)

メール: info@beauty-devices.biz

限定保証の対象となる欠陥を確認した場合に以下の対応を取らせていただきます。

１）本製品の同製品または類似製品の新品と交換します

２）新しい部品を使って本製品の修理をいたします。

欠陥が保証対象外だった場合、有償で利用可能な代替えサービスをお知らせいたします。